

Tabellen zu „Probleme beim Umgang mit dem Hörgerät“

Hinweis für Menschen, die die Sprachausgabe nutzen:

In den Tabellen werden die Zahlen in folgender Reihenfolge vorgelesen:

Erste Zahl: Ja-Antworten in %, Zweite Zahl: Ja-Antworten in absoluter Häufigkeit

Dritte Zahl: Nein-Antworten in %, Vierte Zahl: Nein-Antworten in absoluter Häufigkeit

Bei der zweiten Tabelle zusätzlich: Fünfte Zahl: „Trifft nicht zu“-Antworten in %, Sechste Zahl: „Trifft nicht zu“-Antworten in absoluter Häufigkeit

Tabelle 1: Probleme beim Umgang mit dem Hörgerät Teil 1

Alle Befragten N=170, gültige Prozent werden angegeben

„Haben Sie Probleme beim Umgang mit dem Hörgerät?“

	Ja % (n)	Nein % (n)
Bei Feuchtigkeit der Hörgeräte (Schwitzen)	27,8 (45)	72,2 (117)
Beim Tragen der Hörgeräte (z. B. drücken im Ohr)	26,5 (44)	73,5 (122)
Beim Einsetzen der Hörgeräte	8,5 (14)	91,5 (150)
Beim An- und Ausschalten der Hörgeräte	4,4 (7)	95,6 (153)
Bei der Aufbewahrung der Hörgeräte (z. B. ich verlege sie).	4,2 (7)	95,8 (162)
Beim Herausnehmen der Hörgeräte	1,8 (3)	98,2 (162)

Tabelle 2: Probleme beim Umgang mit dem Hörgerät Teil 2

Alle Befragten N=170, gültige Prozent von „Trifft zu“ werden angegeben

„Haben Sie Probleme beim Umgang mit dem Hörgerät?“

	Ja % (n)	Nein % (n)	Trifft nicht zu % (n)
Bei der Einstellung der Lautstärke	16,0 (20)	84,0 (105)	25,9 (44)
Bei der Einstellung von verschiedenen Programmen	14,3 (14)	85,7 (84)	40,6 (69)
Beim Reinigen der Hörgeräte	12,9 (19)	87,1 (128)	11,8 (20)
Beim richtigen Zeitpunkt des Batteriewechsels	7,7 (11)	92,3 (132)	14,7 (25)
Beim Wechseln der Batterie	5,6 (8)	94,4 (135)	14,7 (25)
Beim Laden des Akkus	4,4 (2)	95,6 (43)	70,6 (120)
Bei der Aufbewahrung von Ersatzbatterien	3,5 (5)	96,5 (138)	14,7 (25)